

平成 2 5 年度

消費者庁貸与の放射能検査機器による区民持ち込み食品検査実施状況について

1. 実績

実施日数	検査数
2 2 日	2 2 件

2. 検査食品の内容

種類	件数	主な食品
流通食品	6 件（他県流通品を区民が購入）	タケノコ、ブルーベリー
自家生産食品	1 6 件（他区・他県で生産）	米、長ネギ、タケノコ、梅、柿、さつまいも

3. 検査結果

平成 2 5 年度は、全ての検体において、セシウム 134 及びセシウム 137 の合算値は、厚生労働省の放射性セシウムスクリーニング法で定められている一般食品のスクリーニングレベルの 5 0 ベクレル／キログラム未満でした。